

INDICATORE IN STRISCE A VAPORE



INDICATORE IN STRISCE PER LA STERILIZZAZIONE A VAPORE

Gli indicatori sono costituiti da strisce di carta 200 x 15 mm su cui risulta stampato l'indicatore di viraggio necessario per il processo di sterilizzazione a vapore in autoclave, conformemente ai requisiti di norma EN 867.

Si raccomanda di usare un indicatore per ogni ciclo di sterilizzazione. Questi indicatori non vanno inseriti all'interno dei rotoli o delle buste per la sterilizzazione a vapore.

Prodotto di Classe IV

CONFEZIONE:

250 strisce per box



INDICATOR IN STRIPS FOR STEAM STERILIZATION

These indicators are made by strips of paper size 200 x 15 mm with steam indicator printed necessary for steam sterilization cycle in autoclave, conforming to the norm EN 867.

We recommend the use of one indicator each steam sterilization cycle. These indicators have not to be included into reels or pouches for steam sterilization.

Medical Device Class IV

PACKING:

250 strips in one box

